

To,

M/S -----

विषय - रक्तकेंद्रमधील ०८० c DEEP FREEZE करिता लागणारे ५ KVA STABILIZER खरेदी करून मिळणेबाबत...

संदर्भ - दि. ०१.२०२१ रोजीच्या मंजूर कार्यालयीन टिप्पणी.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया अंतर्गत असलेल्या रक्तपेढी विभागातील प्लाझ्मा थेरपी यंत्रसामुग्री युनिटकरिता, खालील उपकरणाची आवश्यकता आहे. त्या करिता या महाविद्यालयाकडून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. दरपत्रके सादर करण्याचा शेवटचा दिनांक. 22. जानेवारी २०२१ रोजी सायं. ५:४५ वाजेपर्यंत असून प्राप्त झालेली दरपत्रके दि. 23. ०१.२०२१ रोजी महाविद्यालयात यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री उपकरणे खरेदी समिती यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. कोणतीही दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क अधिष्ठाता कार्यालय राखून ठेवत आहे. पुरवठा करण्यासाठी L१ दरपत्रकधारकास पुरवठा आदेश निर्गमित केल्यानंतर विनिर्दिष्टां (Specifications) प्रमाणे साहित्य नसल्यास तसेच निकृष्ट दर्जाचा साहित्य पुरवठा झाल्यास L१ दरपत्रक धारकास निर्गमित केलेले पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येवुन L२ दरपत्रकधारकाकडून खरेदी करण्याचा हक्क महाविद्यालयास राहील. सदर दरपत्रकाचा तपशील खालील प्रमाणे राहील.

Sr.No.	Name of Equipment Stablizer/CVT	Specification	Qty
१	५ KVA with time delay १० min	•A१ : I/P १७० to २७० v AC/१ ph/५०±२Hz •A२ : O/P २२० AC/२३० VAC ± 1% •A३ : O/P Voltage correction within ½ Cycle •A४ : Short circuit protection, LED indications •A५ : ९० %, Typical, at full load	०१

अ.क्र.	लिफाफा क्र. १ मध्ये खालील कागदपत्रे सादर करावीत (तांत्रिक दरपत्रक)
१	आस्थापना व दुकाने अधिनियम लायसन्स प्रमाणपत्राची प्रत
२	दरपत्रकाच्या अंतीम दिनांकापर्यंत आयकर प्रमाणपत्र मागील तीन वर्षांचे आयकर विवरणपत्रे व पॅनकार्ड यांच्या छायांकीत प्रत.
३	Provisinal ID & GST Number याची प्रत
४	संस्थेकडे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडे नोंदणी केलेले उद्योग आधार प्रमाणपत्र
५	यापुर्वी ज्या शासकीय/निमशासकीय कार्यालयामध्ये पुरवठा केला आहे अशा कार्यालयाची नावे व पुरवठा समाधानकारक असल्याचे पत्र

अटी व शर्ती

१. मोहोरबंद लिफाफयावर ५ KVA with time delay १० min, करीताचे दरपत्रक असे लिहीने आवश्यक आहे.
२. निविदा भरणा-या संस्थेकडे मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ नुसार दुकानाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत असणे आवश्यक आहे.
३. संस्थेकडे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडे नोंदणी केलेले उद्योग आधार प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
४. दरपत्रकाच्या अंतीम दिनांकापर्यंत आयकर प्रमाणपत्र मागील तीन वर्षांचे आयकर विवरणपत्रे व पॅनकार्ड यांच्या छायांकीत प्रती जोडणे आवश्यक आहे.
५. Provisinal Id & GST Number यांची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
६. उपरोक्त कामाची देयके आगाऊ मुद्रांक पावतीसह सादर करावयाची आहे. कोणत्याही कारणास्तव आगाऊ रक्कम अदा केली जाणार नाही.
७. प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज आकारता येणार नाही.
८. दरपत्रकात दर सर्व करांसहित नमुद करावे.
९. साहित्याचा कोणताही वाहतुक खर्च दिला जाणार नाही.
१०. दरपत्रके सादर करतांना तांत्रिक लिफाफा व आर्थिक लिफाफा हे दोन्ही वेगवेगळे सीलबंद करुन ते एकाच लिफाफ्यामध्ये सीलबंद करुन सादर करावे.
११. तांत्रिक लिफाफा पात्र असेल तरच आर्थिक लिफाफा उघडण्यात येईल.
१२. वॉरटी कालावधी दोन वर्षांचा असावा.
१३. यंत्र बंद झाल्यास तक्रार केल्यापासून २४ तासांच्या आत तज्ञाने तपासणी करणे बंधनकारक राहील.
१४. २४ तासांच्या आत तपासणीसाठी हजर न झाल्यास नियमानुसार दंड आकारला जाईल.


अभिषाता

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय
वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई.